

## ESCLARECIMENTO I

**PREGÃO PRESENCIAL INTERNACIONAL Nº 002/2021**

**PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 033/2021**

**OBJETO: AQUISIÇÃO DE CABINES DE SEGURANÇA BIOLÓGICA II B2**

---

### **PERGUNTA 1:**

I - o item abaixo do Termo de Referência (se esse item contempla ou não com o fornecimento dos equipamentos?) que diz:

**- O fornecedor deverá indicar qual diâmetro necessário da tubulação de exaustão da cabine;**

**instalação completa da rede de dutos, motoventiladores, parte elétrica para o sistema de exaustão da CSB;**

### **Resposta:**

I - A empresa deverá fornecer as dimensões da tubulação da CSB, entretanto, a instalação ficará a cargo de empresa já contratada para os trabalhos no sistema de ar condicionado, o qual irá alimentar eletricamente, efetuar a automação, conectar os dutos (rígidos e flexíveis) e comissionar os sistemas.

**Ribeirão Preto, 28 de Outubro de 2021**

**Seção de Compras**

---

## Fundação Hemocentro de Ribeirão Preto